

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：kmt@aiofm.ac.cn（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：**GSL-1100X/D11"**

订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	管式炉	GSL-1100X/D11"	台	1	
2	连熔炉管	11" × 1320mm	根	1	
3	耐高温手套	大号	副	1	
4	炉钩	1米	把	1	
5	内六角扳手	M3、M4、M5	个	3	各1个
6	法兰总成	11寸(管式炉GSL-1100X D11用)	套	1	
7	卡箍	KF-40(不锈钢)	个	4	各2个, 已安装2个
8		KF-25(不锈钢)			
9	高真空手动挡板阀	GD-J40	个	1	
10	盲板	KF-40、KF-25、KF-16	个	3	各1个,已安装
11	硅胶O型圈	内径φ278*7	个	8	
12		外径φ305*内径φ295*5mm	个	4	
13	管堵	SY-11"(φ268*180mm)	个	2	
14	氧分析系统	SP-DS0A2	套	1	
15	聚氨酯软管(白色透明)	外径φ12*内径φ8mm	米	10	
16	不锈钢圆柱头内六角 螺丝	M6×15、M6×20	个	40	各20个
17		M4×10	个	8	
18	不锈钢半圆头螺丝	M5×10	个	6	
19		M5×40	个	4	
20	不锈钢双卡套外螺纹 接头	φ6.35 G1/4" (直螺纹MTI用)	个	1	
21	四氟管	φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm	米	3	
22	呆扳手	17-19	个	1	
23	说明书		本	1	
24	保修证书		份	1	
25	免责声明		份	1	
检验人			审核人		