

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的安装条件，造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目	要求	提供单位	备注
供电	需准备一个单相电压 AC 220V 50HZ，最大电流 10A 的 	客户提供	最少要有两个三插孔
	空气开关 	客户提供	
	减压阀：气瓶需配上减压阀，出气口需要连接上 $\phi 6.35$ 的快插接头 主表：0-15Mpa 副表：0-0.15Mpa（3件）	客户提供	
水冷机	水冷设备：KJ-5000 电压：220V 50HZ 功率：800W 制冷量：2361Btu/h 水箱容积：6L 水流速度：16L/min	客户提供	
真空泵	VRD-8 电源：220V 50HZ 抽速：8m ³ /h 功率：0.3KW 真空接口：KF25	客户提供	

气源	气体：高纯氩气 1 瓶（99.999%）15MPa	客户提供	
空间	所需空间 1.5m*1.5m*2.2m	客户提供	